以下の要件を満たすこと。

1	1-1	コア2コンソール 1台関しては、以下の要件を満たすこと。		
		1-1-1	ハンドピースの制御使用時設定とそのデータの保存及び呼び出しがデジタル液晶タッチパネルにより可能であること。	
		1-1-2	ハンドピースの選択、流量設定、オートプライム、フラッシュ機能が可能となったイリゲーションポンプ機能を有すること。	
		1-1-3	ハンドピースの3本同時接続が可能で且つ2系統同時出力が可能であること。	
		1-1-4	ハンドピースの接続とフットスイッチの接続はコネクタ部のイルミネーションカラー点灯で確認可能であること。	
		1-1-5	フットスイッチ1台を有すること。	
	2-1	ハンドピース及びアタッチメントに関しては、以下の要件を満たすこと。		
		2-1-1	共通事項として、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-1-1	オートクレーブ滅菌対応であること。
		2-1-2	ドリルハンドピース1本は、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-2-1	1-1項と接続が可能であること。
			2-1-2-1	最高回転数が50,000cpm以下であること。
			2-1-2-2	重量が200g以下であること。
		2-1-3	アタッチメント①は、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-3-1	2-1-2項に接続し使用可能であると。
			2-1-3-2	ストレート形状となっており、長さ90㎜以下、直径20㎜以下であること。
			2-1-3-3	Jノッチの骨切削用バーの取り付けが可能であること。
		2-1-4	アタッチメント②は、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-4-1	2-1-2項に接続し使用可能であると。
			2-1-4-2	ストレート形状となっており、長さ110㎜以下、直径20㎜以下であること。
			2-1-4-3	Jノッチの骨切削用バーの取り付けが可能であること。
		2-1-5	イリゲーションクリップ①は、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-5-1	2-1-3項に接続し使用可能であること。
		2-1-6	イリゲーションクリップ②は、以下の要件を満たすこと。	
			2-1-6-1	2-1-4項に接続し使用可能であること。
	3-1	フットスイッチに関しては、以下の要件を満たすこと。		
		3-1-1	1-1項と接続が可能であること。	
		3-1-2	マッピングインジケーター2個を有しており1-1項と接続時に発光し視覚的に接続を確認できること。	
		3-1-3	プログラマブルボタンを有しており、様々な機能設定が可能であること。	
	4-1	滅菌ケースに関しては、以下の要件を満たすこと。		
		4-1-1	蓋、インサートトレイ、マット、ベースから構成されていること。	

		4-1-2	高さ11cm以下、幅30cm以下、長さ30cm以下、重量1.5kg以下であること。
		4-1-3	2-1-2項、2-1-3項、2-1-4項、2-1-5項、2-1-6項を収納可能であること。